JOHNSON
TESTPAPIER

INTENSIVE NEEDS. PRECISION CARE.



pH-INDIKATORSTREIFEN ZUR UNTERSUCHUNG VON ASPIRAT AUS DEM MENSCHLICHEN MAGEN

AVANOS

BESTÄTIGUNG DER NG SONDENPOSITION

Als First-Line-Test, um die korrekte Lage der nasogastralen Sonde zu bestätigen und das Risiko einer potenziell tödlichen Aspiration zu reduzieren, wird ein pH-Test des Aspirats aus dem Magen empfohlen, dessen Wert bei pH ≤5,5 liegen muss.[1,2]

Zu erfüllende Anforderungen an den pH-Test:

Das pH-Indikatorpapier ist mit dem **CE-Kennzeichen** versehen

Das pH-Indikatorpapier ist laut Hersteller dafür vorgesehen, **Aspirat aus dem menschlichen Magen zu testen**

Jeder Test und jedes Testergebnis werden in einer Tabelle am Bett des Patienten **dokumentiert**

Bevor irgendeine Flüssigkeit oder Nahrung durch die NG Sonde geleitet wird, muss zunächst durch einen pH-Test oder eine Röntgenaufnahme bestätigt werden, dass sich die Sondenspitze im Magen befindet.[2]

WESENTLICHE MERKMALE

Drei Farbabgleichsfelder

Bluten nicht aus

Entspricht der NPSA-Empfehlung zur Abstufung in Einheitsschritten von 0,5

CE-Kennzeichnung für die Bestimmung des pH-Wertes von Aspirat aus dem menschlichen Magen, zur Beurteilung der korrekten Lage der gastralen Ernährungssonde

ZUBEHÖR FÜR DIE ENTERALE ERNÄHRUNG

Johnson Testpapier - pH-Indikatorstreifen

103.3CE	Johnson Testpapier pH-Indikatorstreifen, 0,5er-Abstufung, CE-Kennz. für menschl. Magenaspirat, Messbereich 0 - 6	100 pro Behälter
113.3CE	Johnson Testpapier pH-Indikatorstreifen, 0,5er-Abstufung, CE-Kennz. für menschl. Magenaspirat, Messbereich 2 - 9	100 pro Behälter

Literaturquellen

1. NNNG. Good Practice Guideline – Safe Insertion of Nasogastric (NG) Feeding Tubes in Adults and Ongoing care. 2016.
2. NPSA. Reducing the harm caused by misplaced nasogastric feeding tubes in adults, children and infants. 2011.
3. Rowat AM, *et al. BMJ Open Gastro* 2018;5:e000211.

Weitere Informationen:

eumedics
Vertriebspartner Österreich

Eumedics Medizintechnik GmbH
www.eumedics.at | office@eumedics.at
Scheringgasse 2 | A -1140 Wien
Tel: +43 1 577 35 60 | Fax: +43 1 577 35 60 33

AVANOS

*Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von Avanos Medical, Inc. oder verbundenen Unternehmen.
©2019 AVNS. Alle Rechte vorbehalten. HC982-01-DE COPY-02942