

Zaventem, 26 Oktober 2021.

Produkte: MIC-KEY* Low-Profile Gastrostomie-Button und MIC-KEY* Verlängerungssets.

Sehr geehrte Kundinnen und Patientinnen der AVANOS* MIC-KEY* G-Sonde,

Vielen Dank, dass Sie die MIC-KEY* Low-Profile Gastrostomiesonde zur enteralen Ernährung gewählt haben.

Aus Gründen der PatientInnenhygiene, der Produktsicherheit sowie der Produktqualität weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass beim Gebrauch der AVANOS MIC-KEY* G-Sonde – sowohl für die Nahrungsverabreichung als auch für die Entlüftung - ausschließlich Verlängerungssets der Marke AVANOS zu verwenden sind. Im Falle einer Kombination der Sonde mit Verlängerungssets anderer Hersteller wird jegliche Haftung ausgeschlossen.

Unsere MIC-KEY* Verlängerungssets wurden mit ihrem SECUR-LOK*-Konnektor mit Sicherheitsring speziell für die perfekte Verbindung mit der MIC-KEY* Sonde entwickelt. Dieser Konnektor passt perfekt in den Nahrungsmittelanschluss/die Öffnung und ist ideal dafür geeignet, das Ventil zu entriegeln.

Kompatibilitätstests haben wir nur mit unseren eigenen MIC-KEY* Verlängerungssets durchgeführt und können deshalb nicht bestätigen, dass andere Sets tatsächlich kompatibel sind.

Bei der Herstellung unserer MIC-KEY* Verlängerungssets halten wir bei Avanos Medical uns an strenge Qualitätsstandards. Nur für unsere eigenen Produkte können wir gewährleisten, dass diese Standards eingehalten werden. Anders als bei unseren eigenen MIC-KEY* Verlängerungssets, können wir die Wirksamkeit und Sicherheit anderer auf dem Markt erhältlicher Verlängerungssets nicht garantieren.

Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, Ihnen Medizinprodukte zu liefern, die Ihren Anforderungen und Bedürfnissen (auch an Komfort und Sicherheit) entsprechen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Information als Entscheidungshilfe für die beste Lösung für Sie und/oder Ihre Patienten dient. Für weitere Fragen steht Ihnen gerne Ihr lokaler Avanos Medical Ansprechpartner oder Vertriebshändler zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Luc Van Audenhove

Snr. Product Manager EMEA
Digestive Health

Office: +32 2 711 26 71

Mobile: +32 476 23 02 23

Luc.VanAudenhove@avanos.com

EtQ CLAIM-07680, EtQ COPY-03666